



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.006.A № 20059

Срок действия до 11 августа 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики турбинные холодной и горячей воды СВМТ (СВМТ-50, СВМТ-50Д)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма "БЕТАР" (ООО ПКФ "БЕТАР"), г.Чистополь,
Республика Татарстан

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 28747-05

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 1592-99

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 лет для счетчиков холодной воды;

4 года для счетчиков горячей воды

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2014 г. № 1259

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



..... 2014 г.

Серия СИ

№ 016279

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД17.Н00022

Срок действия с 07.07.2017

по 06.07.2020

№ 0044835

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции (услуг) Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"

аттестат аккредитации: № RA.RU.11AD17, выданный Федеральной службой по аккредитации

адрес: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 24

тел. +7 (843) 291-08-56, факс +7 (843) 291-08-56, e-mail: sert@tatcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

счетчики холодной и горячей воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32, СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д, СВМ-40С, СВМ-40СД), выпускаются по техническим условиям ПДЕК.407223.001 ТУ "Счетчики холодной и горячей воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32, СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д, СВМ-40С, СВМ-40СД)" серийный выпуск

код ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

26.51

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50193.1-92 п.п. 4.6, 4.7, 4.8, 4.10

ГОСТ Р 50601-93 п.п. 5.3, 5.5.1, п. 6

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ПКФ "БЕТАР"

адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129Т

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО ПКФ "БЕТАР", ИНН: 1652005250

адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129Т,

тел.: 8(800)500-45-45, факс.: 8(84342)5-69-69, адрес электронной почты: info@betar.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 30.06.2017 Центра испытаний средств измерений для целей утверждения типа средств измерений ФБУ "ЦСМ Татарстан".

Акта анализа состояния производства от 06.07.2017 ОС ФБУ "ЦСМ Татарстан".

Свидетельства об утверждении типа средств измерений RU.C.29.006.A № 49892/1 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Экспертное заключение № 63130 от 23.07.2013 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт



подпись

Л.Д. Тимербаева

инициалы, фамилия

С.И. Сандимирова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "БЕТАР", зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 12 по Республике Татарстан 28.11.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021607554605,
место нахождения: 422980, Россия, Республика Татарстан, город Чистополь, улица Энгельса, 129Т,
телефон: 8-800-500-45-45, +7(84342)5-69-69; факс:8-800-500-45-45, +7(84342) 5-69-69,
адрес электронной почты: info@betar.ru.

в лице директора Фардеева Рината Закаровича

заявляет, что Регулятор давления воды РД-15

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "БЕТАР"

место нахождения/фактический адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, город Чистополь, улица Энгельса, 129Т

изготавливается по техническим условиям ПДЕК.423117.001 ТУ «Регулятор давления воды РД-15».

код ТН ВЭД ТС 8481 80 591 0

серийный выпуск

соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола испытаний от 25.02.2015, проведенных в испытательной лаборатории ООО ПКФ "БЕТАР",
2. Протокола периодических испытаний №443 от 08.05.2013, проведенных в испытательной лаборатории по испытаниям продукции приборостроения ООО Научно-технический центр "ВОСТОК" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ИП08 от 29.06.2010),
3. Экспертного заключения № 63129 от 23.07.2013 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ".

Дополнительная информация:

Хранения упакованных регуляторов по группе условий хранения Л ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления. Средний срок службы - 5 лет.

Декларация о соответствии действительна

с даты регистрации по 10.03.2020 включительно

М.П.

Р.З. Фардеев



Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-RU.АЯ54.В.04747

Дата регистрации декларации о соответствии 11.03.2015